

Αριθμ. Γ.Π./οικ.....

Τροποποίηση του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄ 2001) «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».

### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/Α/2000.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014).
3. Το Π.Δ. .../2015 (ΦΕΚ .... Α/....-9-2015) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
3. Το Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) «Όροι, Προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».
4. Τις διατάξεις της Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218 «Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄ 2001) «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ 2302-Β/27-8-2014).
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου,

### αποφασίζουμε:

Οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ που αφορούν στον Ελάχιστο Απαραίτητο Εξοπλισμό, όπως ισχύουν σήμερα, τροποποιούνται κατά το μέρος που αφορά στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) ως ακολούθως:

1. Μικροσκόπιο διοφθάλμιο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως.
2. Υδατόλουτρο.
3. Κλίβανοι.
  - α. Επωαστικός.
  - β. Αποστειρωτικός ξηρός.
  - γ. Αυτόκαυστο, εφόσον τα μικτά απόβλητα δεν παραδίδονται σε εταιρεία αποκομιδής και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.
4. Φυγόκεντρος (οι) (με micro και macro υποδοχές).
5. Φωτόμετρο με δυνατότητα μέτρησης ανοσοενζυματικών εξετάσεων (ELISA) ή Βιοχημικός Αναλυτής.
7. Εγκεκριμένο σύστημα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών.
8. Σύστημα προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων αίματος ή Αιματολογικός Αναλυτής.
9. Απιονιστής νερού, εφόσον δεν γίνεται χρήση εγκεκριμένου τύπου απεσταγμένου νερού.
10. Ψυγεία α) Εργαστηρίου βιτρίνας ή οικιακού τύπου με καταψύκτη και επιπλέον β) Μεμονωμένος καταψύκτης, όπου δεν υπάρχει αυτόκαυστος κλίβανος, με σήμανση, για την διατήρηση των ΕΙΑ μέχρι την αποκομιδή τους.
11. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια.
12. Λύχνος Bunsen.
13. Πολυθρόνα αιμοληψίας.
14. Ζυγός ακριβείας.
15. Αναδευτήρας.
16. Ανακινητήρας.

Κάθε διάταξη ή τεχνική προδιαγραφή που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, ..... 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

